



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

На медицинское изделие

Артроскоп по ТУ 26.60.12-004-65500831-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЭН"

(ООО "ЭСТЭН"), Россия,

420066, Республика Татарстан, г.о. г. Казань, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТЭН"

(ООО "ЭСТЭН"), Россия,

420066, Республика Татарстан, г.о. г. Казань, г. Казань, ул. Солдатская, д. 8

Место производства медицинского изделия

ООО "ЭСТЭН", Россия, 420095, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Восстания, д. 100

Номер регистрационного досье № РД-66425/159 от 13.01.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 10 листах

приказом Росздравнадзора от 13 мая 2025 года № 2939
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084991

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376


Лист 1

На медицинское изделие

Артроскоп по ТУ 26.60.12-004-65500831-2024, варианты исполнения:

1. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 60 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
2. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 60 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
3. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
4. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
5. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
6. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
7. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159751

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 2

270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

8. Артроскоп с диаметром рабочей части 1,9 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

9. Артроскоп с диаметром рабочей части 2 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

10. Артроскоп с диаметром рабочей части 2 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

11. Артроскоп с диаметром рабочей части 2 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 170 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

12. Артроскоп с диаметром рабочей части 2 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 170 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

13. Артроскоп с диаметром рабочей части 2 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

14. Артроскоп с диаметром рабочей части 2 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159752

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 3

90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

15. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

16. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

17. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

18. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

19. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 170 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

20. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 170 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

21. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159753

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 4

длиной рабочей части 170 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

22. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

23. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

24. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

25. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

26. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

27. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159754

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 5

28. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

29. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

30. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

31. Артроскоп с диаметром рабочей части 2,7 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

32. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

33. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

34. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0159755

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 6

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 35. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 36. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 110 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 37. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 38. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 39. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 40. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 140 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 41. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159756

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 7

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 42. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 12°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 43. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 44. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 45. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 46. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 47. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 175 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.
- 48. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:
 - артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;
 - руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова



0159757

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 8

270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

49. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

50. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

51. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 90°, длиной рабочей части 180 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

52. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 0°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

53. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 25°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

54. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 45°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

55. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0159758

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 9

90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

56. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 187 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

57. Артроскоп с диаметром рабочей части 5 мм, углом направления наблюдения 30°, длиной рабочей части 160 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

58. Артроскоп с диаметром рабочей части 5 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 160 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

59. Артроскоп с диаметром рабочей части 4 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 301 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

60. Артроскоп с диаметром рабочей части 3 мм, углом направления наблюдения 70°, длиной рабочей части 325 мм, углом наклона световода или 45°, или 70°, или 80°, или 90°, расположением разъема подключения световода или 0°, или 90°, или 180°, или 270°, в составе:

- артроскоп (исп. 1) - 1 шт.;

- руководство по эксплуатации (паспорт) - 1 шт.

Принадлежности:

- Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 3 мм, длиной 80 мм - 1 шт.;

- Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 3 мм, длиной 150 мм - 1 шт.;

- Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 3 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;

- Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5 мм, длиной 150 мм - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0159759

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2025 года

№ РЗН 2025/25376

Лист 10

- 1 шт.;
- Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 195 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 320 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 6 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус металлический с внутренним диаметром 5 мм, длиной 322 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 3 мм, длиной 80 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 3 мм, длиной 150 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 3 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5 мм, длиной 150 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 188 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 5,3 мм, длиной 365 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 190 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 200 мм - 1 шт.;
 - Защитный тубус пластиковый с внутренним диаметром 6 мм, длиной 189 мм - 1 шт.;
 - Ограничитель оптики размером 1,4 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
 - Ограничитель оптики размером 2,2 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
 - Ограничитель оптики размером 3,5 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
 - Ограничитель оптики размером 4,5 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.;
 - Ограничитель оптики размером 9,4 мм, длиной 25 мм, шириной 22 мм - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0159760